

Ginrei Lab

NICO-1とUniWellsの違いについて教えてください

内容物は同一です。製品の仕様にも違いはありません。販売店の違いによるパッケージ表記の違いのみです。



製品番号 2501-02 製品名 NICO-1 (10セット入り) 販売店 エア・ブラウン株式会社 株式会社ブラスト



製品番号 2501-02FW 製品名 UniWells (10セット入り) 販売店 富士フイルム和光純薬株式会社





ブリスターパックデザイン



中仕切り

トレー収納状態
10セット入り

製品に含まれる内容物について教えてください

1つのブリスターパッケージに下記の商品が含まれています。





それぞれの部品名称と個数




- ①本体A・・・・2個
- ②本体B · · · · · 2個
- ③アダプター・・1個
- ④カバー・・・・4個
- ⑤共通蓋・・・・4個
- ⑥Oリング・・・2個

1つのブリスターパックで何個の共培養ができますか?







ブリスターパックに含まれる内容






底面積はどれだけですか?







直径約11mmと表現しているのは、製造上の理由により、 左の図のように、形状を絞っているためです。 底部においては、11mmよりわずかに短くなります。 そのため、11mmのカバーグラスは、カバー側の製造誤 差が大きいため、入らない場合があります。カバーグ ラスは、10mmのものをご使用ください。

その他のサイズ情報




底面積はどれだけですか?





直径約11mmと表現しているのは、製造上の理由により、 左の図のように、形状を絞っているためです。 底部においては、11mmよりわずかに短くなります。 そのため、11mmのカバーグラスは、カバー側の製造誤 差が大きいため、入らない場合があります。カバーグ ラスは、10mmのものをご使用ください。

その他のサイズ情報



底面部分には段差があるのですか?

